Żary dnia 06.02.2019r.

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Żarach

Znak sprawy: 105.KSzWzP SP ZOZ - DZP-2612-04-2019

Do wiadomości wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych dla 105.Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ, ul. Domańskiego 2, 68 – 200 Żary .

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. ,poz. 1986 ze zm.), wyjaśniam, co następuje, oraz wprowadzam do specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

Zestaw nr 1

Pytanie nr 1 , Zadanie nr 9, pozycja 28
Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze małym preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy produkt.

Pytanie nr 2 Zadanie nr 14, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze średnim preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy produkt.

Pytanie nr 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 28 z Pakietu nr 9 i stworzy osobny pakiet?
Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 22 z Pakietu nr 14 i stworzy osobny pakiet?
Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Zestaw nr 2

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania nr 9 pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23, , co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?
Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Zestaw nr 3

Pytanie nr 1 – dotyczy terminu związania z ofertą
Prosimy o potwierdzenie, iż prawidłowy termin związania z ofertą obowiązuje do 25-04-2019 r. zgodnie z ogłoszeniem (w SIWZ podano datę 25-01-2019 r.)
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza termin związania z ofertą obowiązuje do 25-04-2019 r. zgodnie z ogłoszeniem i załącza siwz po zmianie.

Pytanie nr 2 – dotyczy Zadania nr 12 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji kończyny zgodnego z SIWZ, bez bandaża elastycznego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy produkt.

Pytanie nr 3 – dotyczy Zadania nr 12 poz. 2
Czy Zamawiający opisując w zadaniu nr 12 poz. 2 elastyczną przesłonę 3,5cm w serwecie ręka/noga 230x300cm miał na myśli elastyczny otwór o średnicy 3,5cm?
Odpowiedź: Zamawiający opisując w zadaniu nr 12 poz. 2 elastyczną przesłonę 3,5cm w serwecie ręka/noga 230x300cm miał na myśli elastyczny otwór o średnicy 3,5cm.

Pytanie nr 4 – dotyczy Zadania nr 12 poz. 4
Czy Zamawiający opisując w zadaniu nr 12 poz. 4 warstwę ochronną z otworem ∅ 18x16cm miał na myśli folię operacyjną o wymiarach 36x36cm z otworem o wymiarach 18x16cm?
Odpowiedź: Zamawiający opisując w zadaniu nr 12 poz. 4 warstwę ochronną z otworem ∅ 18x16cm miał na myśli folię operacyjną o wymiarach 36x36cm z otworem o wymiarach 18x16cm.

Pytanie nr 5 – dotyczy Zadania nr 12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 1-4 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert i pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie niższych cen.
Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 6 – dot. zadania nr 12
Czy Zamawiający oczekuje aby zaoferowane obłożenia posiadały na opakowaniu 4 repozycjonowalne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane obłożenia posiadały na opakowaniu 4 repozycjonowalne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji nie wymaga.

Pytanie nr 7 – dot. zadania nr 12
Czy Zamawiający oczekuje aby zaoferowane obłożenia pakowane były w sposób najbezpieczniejszy zarówno dla użytkownika, jak i dla pacjenta, tzn. aby zestawy zapakowane były w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawierający etykietę produktu). Taki sposób pakowania zapewnia zapewnienia bezpieczeństwo podczas transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.
Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Zestaw nr 4

Pytanie nr 1 Pakiet 14 poz. 18
Prosimy o podanie ilości sztuk w zapotrzebowaniu produktu w tej pozycji.
Odpowiedź: 500 szt. zamawiający załączy formularz po zmianie.
Winno być:

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar	j.m	Ilość
18	Jałowy plaster na włókninie do mocowania kaniul z dodatkową wkładką chłonną, na kleju akrylowym bez zawartości tlenku cynku i kauczuku	7,6cmx5,1cm	szt.	**500**

Pytanie nr 2 Pakiet 14 poz. 20
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego, poliuretanowego opatrunku do mocowania kaniul obwodowych wzmocnionego włókniną z czterech stron? Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy produkt.

Pytanie nr 3 Pakiet 14 poz. 21
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego, poliuretanowego opatrunku do mocowania cewników centralnych z wycięciem na port pionowy w postaci „dziurki od klucza", z jednym laminowanym paskiem mocującym? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy produkt.

Zestaw nr 5

Pytanie nr 1 Zadanie nr 6
Pozycje 3-5. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski gipsowej o czasie wiązania 4-6 min?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opaskę gipsową o czasie wiązania 4-6 min

Pytanie nr 2 Zadanie nr 6
Pozycje 3-5. – czy Zamawiający wymaga zaoferowania opasek gipsowym z gipsem nakładanym po obu stronach materiału nośnego oraz nawiniętych na rolkę z ekologicznej tektura ulegającej biodegradacji, ułatwiającej wyciskanie i modelowanie opaski?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Zestaw nr 6

Pytanie nr 1 Zadanie 10, pozycja 4
Czy zamawiający dopuści: Przeciwbakteryjny, przylepny opatrunek piankowy regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra (1,2%) oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Posiada delikatną, silikonową warstwę klejącą. Rozmiar 12,5x12,5.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy produkt.

Zestaw nr 7

Pytanie nr 1 Zadanie 9, poz. 1
Czy zamawiający dopuszcza/wymaga gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy produkt.

Pytanie nr 2 Zadanie 9, poz. 1
Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 3 Zadanie 9, poz. 1
Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.
Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 4 Zadanie 9, poz. 2-9
Prosimy zamawiającego o odstąpienie od wymogu klasy IIa reg.7.
Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 5 Zadanie 9, poz. 2-4,6
Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.
Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 6 Zadanie 9, poz. 17
Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza sterylizowanie wyrobów innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu.
Pytanie nr 7 Zadanie 9, poz. 21-23
Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 8 Zadanie 9, poz. 28
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie nr 9 Zadanie 9, poz. 54-59
Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek?
Rozmiar 1 - 9mm x 10mm
Rozmiar 2 – 13mm x 15mm
Rozmiar 3 - 13mm x 15mm
Rozmiar 4 - 13mm x 15mm
Rozmiar 6 - 13mm x 15mm
Rozmiar 8 - 13mm x 15mm
Rozmiar 10 - 13mm x 15mm
Rozmiar 14 - 13mm x 15mm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozmiary oczek.

Pytanie nr 10 Zadanie 9, poz. 54-59
Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?
Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku
Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.
Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.
Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię,stopa,łokieć – 25-45 mm j.w.
Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.
Rozmiar 8 – udo,głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.
Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.
Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozmiary siatek.

Pytanie nr 11 Zadanie 9, poz. 54-59
Czy zamawiający pisząc w kolumnie j.m. 1szt., ma na myśli 1 szt.= 1 opakowanie 25 mb w stanie rozciągniętym?
Odpowiedź: Zamawiający pisząc w kolumnie j.m. 1szt., ma na myśli 1 szt.= 1 opakowanie 25 mb w stanie rozciągniętym.

Pytanie nr 12 Zadanie 9, poz. 54-59
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zawierające 25 mb siatki opatrunkowej w stanie rozciągniętym ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zawierające 25 mb siatki opatrunkowej w stanie rozciągniętym.

Pytanie nr 13 Zadanie 9, poz. 1, 2-4,6,17-23,28,54-59
Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1,2-4,6,17-23,28,54-59 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez

wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.
Odpowiedź: Zgodnie z siwz.
Pytanie nr 14 Zadanie 9, poz. 1,18,20,28,54-59
Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 9 wydzieli pozycje: 1,18,20,28,54-59 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.
Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Zestaw nr 8

Pytanie nr 1 Zadanie 9 poz. 28
Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.
Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 2 Zadanie 9 poz. 28
Czy Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny za op. 100 sztuk z przeliczeniem ilości w formularzu cenowym?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny za op. 100 sztuk z przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

Pytanie nr 3 Zadanie 9 poz. 29
Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.
Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 4 Zadanie 9 poz. 29
Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 65 x 95 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 65 x 95 mm.

Pytanie nr 5 Zadanie 9 poz. 29
Czy Zamawiający dopuszcza opatrunek w opakowaniu 50 sztuk z odpowiedni przeliczeniem ilości w formularzu cenowym?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opatrunek w opakowaniu 50 sztuk z odpowiedni przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

Zestaw nr 9

Pytanie nr 1 Pytania dotyczące SIWZ:
Dot. Rozdziału XV- Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w terminie związania ofertą?
Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedź na powyższe pytanie w zestawie Zestaw nr 3 Pytanie nr 1.

Pytanie nr 2 Zadanie nr 3: Poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 60 x 50 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza serwety w rozmiarze 60 x 50 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem Ø 8 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety z otworem Ø 8 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Poz. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 90x150cm z otworem Ø 8 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety w rozmiarze 90x150cm z otworem Ø 8 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 50 x 60 cm z otworem eliptycznym 6 x 8 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza serwety w rozmiarze 50 x 60 cm z otworem eliptycznym 6 x 8 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Poz. 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 90x130cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza serwety w rozmiarze 90x130cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Poz. 1-7- Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej i zamieszczony opis wymaganych produktów nie powinien być pod innym pakietem, gdyż jak sam Zamawiający wskazuje- tyczy on zestawów, a nie serwet.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza iż popełnił omyłkę pisarską, zamieszczony opis pod formularzem- ofertowo cenowym zostaje wykreślony. Zamawiający dołącza załącznik po zmianie.

Pytanie nr 3 Zadanie nr 6:
Poz. 3-5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek gipsowych o czasie wiązania 5 minut, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opasek gipsowych o czasie wiązania 5 minut, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Poz. 3-5 – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opaski gipsowej na perforowanym tubusie z tworzywa sztucznego, ułatwiającego szybkie namaczanie opaski, który nie ulega zniszczeniu i deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku i w opakowaniu foliowym zapobiegającym zabrudzeniu i zawilgoceniu?`

Pytanie nr 4 Zadanie nr 8:
Poz. 1-3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów podgipsowych syntetycznych pakowanych a12 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podkładów podgipsowych syntetycznych pakowanych a12 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Poz. 1-3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów podgipsowych pakowanych w worki foliowe uniemożliwiające zabrudzenie?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podkładów podgipsowych pakowanych w worki foliowe uniemożliwiające zabrudzenie.

Pytanie nr 5 Zadanie nr 9:

Poz. 15,16,27,34,35- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 15,16,27,34,35 i utworzenie z nich osobnego pakietu? Takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.
Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 6 Zadanie nr 11:

Poz. 2,4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów wyposażonych dodatkowo w nitkę RTG, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie tupferów wyposażonych dodatkowo w nitkę RTG, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Poz. 6– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów pakowanych a50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie tupferów pakowanych a50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Poz. 11– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cewnikowania z serwetami operacyjnymi wyposażonymi w nitkę RTG? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw do cewnikowania z serwetami operacyjnymi wyposażonymi w nitkę RTG. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Poz. 12– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cewnikowania z serwetami 50 x 60 cm, w miejsce 50 x 50 cm oraz tupferami kulami 17N? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw do cewnikowania z serwetami 50 x 60 cm, w miejsce 50 x 50 cm oraz tupferami kulami 17N. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Poz. 13– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zmiany opatrunku z tupferami sączkami 17N 18x20 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw do zmiany opatrunku z tupferami sączkami 17N 18x20 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7 Zadanie nr 12:
Poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji kończyn o następujących parametrach:

Opis	Ilość	Wymiary
serweta z elementem elastycznym i otworem okrąg 4 cm *	1	300x240
serweta na stół instrum.	1	190x150
serweta na stolik Mayo	1	145x80
serwetki do rąk z włókniny kompresowej	4	40x20

* serweta z jednorodnego na całej powierzchni laminatu 3 – warstwowego, polipropylenowo – polietylenowo – wiskozowego, nieprzemakalnego, bardzo chłonnego, w pełni zgodnego z normą PN EN 13 795, o gramaturze 73 g/m2
Pakowany w opakowanie z 2 odklejanymi etykietami z numerem serii, datą ważności produktu, indeksem oraz danymi wytwórcy.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy produkt.

Poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu ręka/noga o następującym składzie i specyfikacji:

Opis	Ilość	Wymiary
serweta w kształcie litery T z otworem o średnicy 5 cm (okrąg) i elementem elastycznym *	1	260x240

taśma medyczna	1	50x9
pokrowiec na kończynę górną pacjenta **	1	75x37
serweta na stół instrum.	1	190x150
serweta na stolik Mayo	1	145x80
serwetki do rąk z włókniny kompresowej	4	40x20

*serweta z jednorodnego na całej powierzchni laminatu 3 – warstwowego, polipropylenowo – polietylenowo – wiskozowego, nieprzemakalnego, bardzo chłonnego, w pełni zgodnego z normą PN EN 13 795, o gramaturze 73 g/m2
** serweta z jednorodnego na całej powierzchni laminatu 2 – warstwowego, polipropylenowo – polietylenowego, nieprzemakalnego, chłonnego, w pełni zgodnego z normą PN EN 13 795, o gramaturze 56 g/m2
Pakowany w opakowanie z 2 odklejanymi etykietami z numerem serii, datą ważności produktu, indeksem oraz danymi wytwórcy.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy produkt.

Poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu ginekologicznego o następującym składzie i specyfikacji:

Opis	Ilość	Wymiary
serweta z otworem prostokąt 20 x 10 cm i przylepcem **	1	200x180
serweta ** przeznaczona pod pośladki	1	90x75
pokrowiec na nogę **	2	120x75
serweta na stół instrum.	1	190x150
serweta na stolik Mayo	1	145x80
serwetki do rąk z włókniny kompresowej	2	40x20

** serweta z jednorodnego na całej powierzchni laminatu 2 – warstwowego, polipropylenowo – polietylenowego, nieprzemakalnego, chłonnego, w pełni zgodnego z normą PN EN 13 795, o gramaturze 56 g/m2
Pakowany w opakowanie z 2 odklejanymi etykietami z numerem serii, datą ważności produktu, indeksem oraz danymi wytwórcy.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy produkt.

Poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cięcia cesarskiego o następującym składzie i specyfikacji:

Opis	Ilość	Wymiary
serweta z workiem, otworem 32 x 35 cm wypełnionym folią chirurgiczną **	1	320x180

podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft Basic	1	90x60
serweta na stół instrum.	1	190x150
serweta na stolik Mayo	1	145x80
serwetki do rąk z włokniny kompresowej	2	40x20

** serweta z jednorodnego na całej powierzchni laminatu 2 – warstwowego, polipropylenowo – polietylenowego, nieprzemakalnego, chłonnego, w pełni zgodnego z normą PN EN 13 795, o gramaturze 56 g/m2
Pakowany w opakowanie z 2 odklejanymi etykietami z numerem serii, datą ważności produktu, indeksem oraz danymi wytwórcy.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy produkt.

Poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści koszulę operacyjną + spodnie operacyjne z włókniny typu SMS, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści koszulę operacyjną + spodnie operacyjne z włókniny typu SMS, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Poz.6-14- Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej i dwukrotnie nie oczekuje tego samego asortymentu? Pozycje w tym zadaniu są powtórzone z zadania 3 oraz 6.
Odpowiedź: Zgodnie z siwz.
Poz. 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem Ø 8 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety z otworem Ø 8 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 15:
Poz. 1-4 – Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków? Osłonki boczne skierowane na zewnątrz nie powodują niebezpiecznych zagięć, które niosą za sobą ryzyko wystąpienia dodatkowych miejsc ucisku. Z wieloletniego doświadczenia użytkowego wiemy, że falbanki takie w tylnej części (pośladkowej pieluchy) dopasowują się do ciała od zewnątrz i łagodnie przechodzą do pozycji pionowej w części krocza, by skutecznie chronić przed bocznymi wyciekami i podnoszą komfort użytkowania przez pacjenta w odróżnieniu od falbanek skierowanych do wewnątrz.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego produktu ale nie wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne.

Poz. 1-4: Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferować pieluchomajtki posiadające dwa elastyczne ściągacze taliowe (przód i tył pieluchomajtki), co umożliwia doskonałe dopasowanie produktu do ciała użytkownika ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego produktu ale nie wymaga dwóch elastycznych ściągaczy taliowanych .

Pytanie nr 8 <u>Pytania dot. treści umowy</u>

1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
   Odpowiedź: Za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 lit. A/ wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: *„Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonującego do należytego wykonywania umowy."?*

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.
Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Zestaw nr 10

Pytanie nr 1 Zadanie 5, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 80x210cm?
Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 2 Zadanie 5, pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło bez wzmocnień?
Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 3 Zadanie 5, pozycja 13
Czy Zamawiający dopuści maski 3 warstwowe o gramaturach 23g/m2 + 23g/m2 + 25g/m2?
Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 4 Zadanie 5, pozycja 23
Czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności 1177ml oraz gramaturze 77g/m2?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści podkład o chłonności 1177ml oraz gramaturze 77g/m2.

Pytanie nr 5 Zadanie 6, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści opaski w rozmiarze 12cm x 4m?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści opaski w rozmiarze 12cm x 4m.

Pytanie nr 6 Zadanie 8, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści podkład podgipsowy pakowany a'12sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści podkład podgipsowy pakowany a'12sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie nr 7 Zadanie 8, pozycja 2-3
Czy Zamawiający dopuści podkład podgipsowy pakowany a'6sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści podkład podgipsowy pakowany a'6sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości.
Pytanie nr 8 Zadanie 16, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści myjki o gramaturze 100g/m2?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści myjki o gramaturze 100g/m2.

Zestaw nr 11

Zadanie nr 16 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie myjki – rękawicy jednorazowej, nasączonej środkami myjącymi o neutralnym pH ok 5,5 wykonanej z włókna polipropylenowego, rozmiar 16 x 21 cm, o gramaturze 75 g/m2, zawierającej w składzie dichlorowodorek oktenidyny, alantoinę, bez barwników i substancji zapachowych? Polecanej do mycia i pielęgnacji osób unieruchomionych, leżących oraz pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej i oddziałach chorób zakaźnych, do

dekontaminacji całego ciała przy zakażeniach MDRO. Rękawiczki są również odpowiednie do mycia włosów. Termin ważności: 18 miesięcy. Opakowanie jednostkowe 10 szt. Kosmetyk.
Odpowiedź: Zamawiający dopuści powyższy produkt.

Zadanie nr 16 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie myjki – rękawicy jednorazowej, nasączonej środkami myjącymi o neutralnym pH ok 5,5 wykonanej z włókna polipropylenowego, rozmiar 16 x 21 cm, o gramaturze 75 g/m2, zawierającej w składzie dichlorowodorek oktenidyny, alantoinę, bez barwników i substancji zapachowych? Polecanej do mycia i pielęgnacji osób unieruchomionych, leżących oraz pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej i oddziałach chorób zakaźnych, do dekontaminacji całego ciała przy zakażeniach MDRO. Rękawiczki są również odpowiednie do mycia włosów. Termin ważności: 18 miesięcy. Opakowanie jednostkowe 10 szt. Kosmetyk.
Odpowiedź: Zamawiający dopuści powyższy produkt.

Zadanie nr 16 poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie pianki czyszcząco-pielęgnującej skutecznie i szybko usuwającej zanieczyszczenia, nie powodującej zakłóceń w oddychaniu skóry, eliminującej nieprzyjemne zapachy, nie powodującej wysuszania skóry, nie powodującej podrażnienia skóry i błon śluzowych, nie wymagającej użycia wody? Oferowana przez nas pianka zawiera ciekłą białą parafinę, alkohol benzylowy i fenyloetylowy, delikatne substancje myjące w postaci przyjaznych dla skóry tenzydów, dodatki natłuszczające, którymi są dermatologicznie przebadane olejki pielęgnujące oraz gaz propan butan wytwarzający idealną konsystencję piany. Opakowania a 500ml. Kosmetyk.
Odpowiedź: Zamawiający dopuści powyższy produkt.

Zadanie nr 16 poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie do odrębnego pakietu pozycji nr 3?
Umożliwi to złożenie ofert większej ilości wykonawcom, a także otrzymanie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

<u>Zestaw nr 12</u>

Pytanie nr 1 - dotyczy Pakietu Nr 2:
1. Czy Zamawiający w poz. 20 ma na myśli zestaw o poniższym składzie i parametrach:

Sterylny zestaw operacyjny do protezy kolana. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu, Skład: 1. Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm, ze wzmocnieniem 75x190 cm. Wymagania: folia 75um, wzmocnienie 40g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 175/130 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 140 cm H2O – 1 szt 2. Serweta operacyjna z taśmą lepną o rozm. 200x260cm z wycięciem „U" o rozm. 7x102cm. Wymagania: serweta 3 warstwowa (krawędzie 2 warstwowe), strefa krytyczna wzmocniona dodatkową warstwa chłonną o gramaturze 50g/m2 g, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 385/330 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 800 cm H2O – 1 szt 3. Serweta chirurgiczna trójwarstwowa (krawędzie dwuwarstwowe) składająca się z: włókninowa warstwa chłonna 30g/m2, folia PE 15um, warstwa chłonna od strony pacjenta 20g/m2, do zabiegów w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x315 cm, posiadający samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 7 cm, otoczony dodatkową warstwą chłonną (o gramaturze 50g/m2) z możliwością zamocowania drenów. Wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 190/102 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 150 cm H2O – 1 szt 4. Taśma lepna 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów adhezyjność skórna: 1,5N/25mm - 2 szt. 5. Bandaż elastyczny 12cm, 5m, kolor biały – 2 szt 6. Stapler skórny 35W – 1 szt 7. Kompres z gazy 17 nitkowy, 16 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 80 szt 8. Ręcznik chłonny 18x25cm – 2 szt 9. Dren łączący do ssaka PVC 30CH/21CH 3,5m F/F + aspiracja ortopedyczna

z filtrem i koncówki zagięte 15 i 23cm – 1 szt. 10. Strzykawka 50/60ml z końcówką do cewnika - 1 szt 11. Miseczka plastikowa z polipropylenu transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt. 12. Miska nerkowata z polipropylenu transparentnego z podziałką 800 ml – 1 szt 13. Miseczka plastikowa z polipropylenu transparentnego z podziałką 500 ml – 1 szt. 14. Tupfer okrągły gazowy, 40x50cm gaza 20 nitek, znacznik RTG – 10 szt 15. Osłona na kończynę, laminowana nie przemakalna, dwuwarstwowa, 22x75 cm – 1 szt. 16. Folia operacyjna antybakteryjna (jodowana), rozm 90x45cm (60x45cm) - 1 szt 17. Podkład syntetyczny pod gips 15cm, 2.75m – 1 szt. 18. Miska do mieszania cementu z polipropylenu, niebieska wraz ze szpatułką - 1 szt 19. Kieszeń 2 komorowa 40x35 cm - 1 szt 20. Wysokochłonny opatrunek pooperacyjny z pianki poliuretanowej z silikonową warstwą kontaktową typu Safetac do ran ostrych ze średnim i dużym wysiękiem. Odporny na przenikanie wirusów i bakterii. Rozm 10x25cm - 1 szt 21. Osłona na stolik Mayo 79x145cm z wykonana z folii PE 60 mikronów z warstwą chłonną 65x85cm wykonaną z włókniny wiskozowej 27 g/m2 – 2 szt Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Komponenty zestawu, podlegające normie PN EN 13795 muszą być z nią zgodne. Wymaga się dołączenia karty technicznej gotowego wyrobu po procesie sterylizacji zgodnej z PN EN 13795. Wymaga się dołączenia 2 szt. próbek sterylnych, gotowych do przetestowania w warunkach sali operacyjnej dołączonych do oferty?

Odpowiedź: Zamawiający w poz. 20 ma na myśli zestaw o powyższym składzie i parametrach. Natomiast Zamawiający nie żąda dołączenia do oferty 2 szt. próbek sterylnych, gotowych do przetestowania w warunkach sali operacyjnej ponieważ oferty będą składane elektronicznie.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z-ca DYREKTORA ds. MEDYCZNYCH
105.KRESOWEGO SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
lek. med. Marek Femlak

.....
Zamawiający